

Autoriai:  
V.A. Černogubov  
R.R. Ibragimova

## **„Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaiso“ metodinės naudojimo rekomendacijos**

Visos teisės saugomos,  
Šio dokumento arba bet kurios jo dalies atgaminimas, duomenų perdavimas arba platinimas bet kuria forma be išankstinio raštiško MGĮ „Lidomed-Bio“ sutikimo draudžiamas.

RAB Mokslinė-gamybinė įmonė „Lidomed-Bio“  
Charkovo m., Ukraina



# Turinys

## Bendros instrukcijos

1. Įvadas
2. Naudojimo taisyklės
3. Prietaiso paskirtis
4. Prietaiso galimybės
5. Paruošimas darbui
6. Informaciniai ir funkciniai kūno dalių išvadų tarpusavio ryšiai su vidiniais organais ir sistemomis
7. Darbo su WebWellness servisu pradžia
8. Testavimas/tyrimas
9. Ataskaitos
10. Kontraindikacijos

# Bendros instrukcijos

Ši „Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaiso“ naudojimo instrukcija (toliau – tekste – prietaisas). Šios instrukcijos paskirtis – susipažinti su prietaiso paskirtimi, jo konstrukcija, naudojimo tvarka, sužinoti naudojimo ir techninio aptarnavimo taisykles.

## 1. ĮVADAS

Šiuolaikinėje visuomenėje pagrindinė techninė informacijos apdorojimo technologijos priemonė yra asmeninis kompiuteris (AK), kuri iš esmės paveikė technologinių procesų kūrimo ir naudojimo koncepciją bei rezultatinės informacijos kokybę.

AK integracija į informacijos sritį ir telekomunikacijų ryšių priemonių taikymas nulėmė šiuolaikinį informacinių technologijų plėtros etapą. Šiuolaikinių informacinių technologijų sąvoka apima taip pat komunikacines technologijas, kurio užtikrina informacijos perdavimą įvairių priemonių pagalba, o būtent: telefonu, telegrafu, telekomunikacijos priemonėmis, faksu ir kt.

Dabartiniame pasaulyje šiuolaikinės informacinės technologijos suteikia mums fantastiškas galimybes. Mes galime operatyviai gauti informaciją, net kai esame už tūkstančių kilometrų nuo įvykio vietos. Mes turime galimybę matyti, girdėti ir net dalyvauti tame, kas vyksta. Mes daugiau neberašome laiškų vienas kitam. Mes naudojames internetu ir mobiliuoju ryšiu. Tačiau mes kol kas turime mažai informacijos apie tai, kas vyksta mūsų organizmo viduje. Atėjo laikas diegti naujas technologijas ir sveikatos srityje. Mes jau turime techninius prietaisus, padedančius operatyviai palaikyti ryšį su organizmu. Kaip galima nuolat gauti informaciją apie mūsų organizme vykstančius procesus, kad žinotumėme jo silpnas vietas ir neleistumėme vystytis pavojingiems pasikeitimams?



**Mes siūlome sprendimą – “ Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaisas” – šiuolaikinis operatyvus ryšys su organizmu.**

Šiuo metu tokių prietaisų kūrimu užsiima RAB Mokslinė-gamybinė įmonė „Lidomed-Bio“, Charkovo m., Ukraina, o realizavimu – įmonė „Business Process Technologies“.

„Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaisas“ – tai prietaisas, veikiantis kartu su kompiuteriu, kuris gali automatiškai apdoroti informaciją per galingą įmonės serverį ir perduoti ją realiu laiku siekiant įvertinti individualią sveikatos būklę. Prietaisas skirtas šeiminiam naudojimui buitinėmis sąlygomis. Prietaisui naudoti nereikia jokio specialaus apmokymo.



**Svarbu: Dabar mes turime prietaisus, kurie leidžia mums įsiklausyti į savo organizmą ir saugoti sveikatą!**


**Apie tai negalima užmiršti jokiame amžiuje! Nesvarbu, ar žmogui yra keli metukai, ar jo amžius artėja prie triženklio skaičiaus, bet jis turi mylėti save, tausoti ir saugoti turimą sveikatą visą savo gyvenimą.**

**Kokią informaciją mes gauname, naudodami „Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaisą“?**

### **Ekspres testavimo/tyrimo galimybės**

Tirdamas 47-ių pagrindinių organų ir sistemų funkcinę būklę, prietaisas leidžia padaryti palyginamąją rodiklių analizę, suteikia mums galimybę pamatyti, kaip maitinimas, žalingi įpročiai, staigūs oro pasikeitimai, ekologinės problemos ir pan. gadina žmogaus sveikatą. Naudodama asmeninėse kompiuteriuose įdiegtą programinę įrangą, prietaisas rodo, kaip visas organizmas ir kiekvienas atskiras organas reaguoja į šiuos veiksnius ir koku būdu prie jų adaptuojasi. Jeigu organizmas nesugeba adaptuotis prie krūvių, didėja ligų atsiradimo rizika. Šiuo atveju prietaisas padeda nustatyti silpnas vietas, konkrečių organų polinkį ligai ir rizikos laipsnį šiuo momentu. Tai suteikia mums galimybę sužinoti organizmo išteklius, t.y. jo „atsparumo atsargą“.

Reguliarus testavimas leidžia pamatyti atskirų organų ir viso organizmo veiklos procesą dinamikoje. Testavimo rezultatai rodomi lengvai suprantama procentine vertinimų sistema ir išskiriami atitinkamomis spalvomis. Visą informaciją rasite komentaruose prie procentinės sistemos. Ji yra suprantama bet kuriam žmogui ir nereikalauja specialiųjų medicinos žinių. Kompleksas yra paprastas ir patogus naudojimui. Rodikliai matuojami elektrodais, kurie prijungiami prie galvos, dešinės ir kairės rankos, dešinės ir kairės kojos



**„Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaisas“ nėra medicininės paskirties gaminys, todėl negali būti naudojamas ligai diagnozuoti arba patvirtinti!**

## **2. NAUDOJIMO TAISYKLĖS**

- Atidžiai perskaitykite visą saugos informaciją, esančią šiose metodinėse naudojimo rekomendacijose, taip pat „**Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaiso**“ (toliau – prietaisas) teisingo naudojimo ir priežiūros rekomendacijas.
- Prietaisas skirtas organizmo parametrams galvos, rankų, kojų atvadų matuoti.
- Rezultatų vertinimo apsikeitimus kartotinio testo metu sąlygoja organizmo viduje vykstantys procesai (maisto, BAMP, vaistų ir pan. vartojimas) ir išorinis poveikis (fizinis krūvis, stresas). Šie vertinimų pasikeitimai nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia.
- Testo metu nepageidautina būti patalpoje, kurioje veikia kokie nors aukšto dažnio elektros prietaisai. Negalima prijungti naudotojo prie kokio nors kito elektros prietaiso. Komplexo naudojimas kartu su kita elektros įranga gali sukelti testavimo rezultatų netikslumą ir galimą prietaiso gedimą.
- Prietaisą būtina saugoti nuo smūgių.
- Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Saugokite nuo drėgmės.
- Pageidautina laikyti prietaisą atokiau nuo šildymo prietaisų ir vengti ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio esant aukštai (daugiau kaip 35°C) oro temperatūrai.
- Prietaisas gali ir turi būti eksploatuojamas žvalioje būsenoje esančio asmens, kuris adekvačiai suvokia aplinkos veiksnius.
- Asmenims su psichikos sutrikimais ir asmenims, esantiems neadekvačiose psichinėse būsenose, prietaisą naudoti draudžiama.
- Speciali programinė įranga tiekama kartu su „**Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaisu**“.
- Visus Prietaiso remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai gamintojo įmonėje ir įmonės atstovų biuruose. Naudokite Prietaisą tik pagal paskirtį!




Jeigu „Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaisas“ buvo laikomas žemiau kaip 10°C aplinkos temperatūroje, prieš naudojimą jį reikia palaikyti kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas, siekiant išvengti kondensacijos.

### 3. PASKIRTIS

Prietaiso veikimo principą sudaro elektros laidumo parametų biologiškai aktyviuose taškuose matavimas, remiantis šešių kvadrantų atvadų principu pagal Folio metodą ant rankų, kojų ir galvos, kurie yra pagal projekciją susiję su skirtingomis organizmo zonomis, organais ir sistemomis. Remiantis šių parametų kiekybinėmis charakteristikomis, galima įvertinti organizmo reakciją į bet kokią poveikio rūšį (kaip numatomo taikyti, taip ir įvykdyto) realiu laiku.

Pagrindinis Prietaiso veikimo principas yra biologiškai aktyvių zonų, pernešančių informaciją apie su jomis susijusių organų ir sistemų būklę, elektros parametų matavimas.



Tai nėra medicinos prietaisas. Jis skirtas savarankiškam naudojimui namuose/buitinėmis sąlygomis.

#### 4. PRIETAISO GALIMYBĖS


- Įvertinti bendrą sveikatos lygį
- Nustatyti 47-ių pagrindinių organizmo organų ir sistemų, susijusių su biologiškai aktyviais taškais ir zonomis (BAT, BAZ) funkcinę būklę, nustatant jų adaptacinius išteklius ir disfunkcijų požymių (funkcinių sutrikimų) prognozę, siekiant laiku imtis organizmo palaikymo ir sveikatinimo priemonių.
- Nustatyti galimą parazitinių mikroorganizmų buvimą organuose ir sistemose.
- Parinkti individualias sveikatinimo priemones, kurios būtų palankiausios organizmui; kontroliuoti taikomų organizmo ir sistemų sveikatinimo priemonių efektyvumą; nustatyti kokio nors maisto produkto individualų netoleravimą (jo nevarojant) bei testo rezultatų pagrindu parinkti maisto produktus, vaistus, kosmetiką, BAMP.
- Gauti ataskaitas stuburo ir čakrų stulpelinės diagramos, aurogramos forma.
- Stebėti korekcijos (sveikatinimo) procesą.

#### 5. PARUOŠIMAS DARBUI


- Jeigu prietaisas buvo transportuojamas arba laikomas žemoje temperatūroje, prieš įjungiant, jį reikia palaikyti kambario temperatūroje ne mažiau kaip 3 valandas.
- Ištraukti produktą iš pakuotės ir vizualiai apžiūrėti jį dėl mechaninių pažeidimų. Patikrinti prietaiso komplektiškumą.
- Įjungti reikiamus elektrodus prie prietaiso korpuse esančių jungčių.
- Patogiai pastatyti prietaisą, kad elektrodų laidai nebūtų įtempti.




Prieš naudojimą elektrodus turi būti dezinfekuojami 3 proc. vandenilio peroksidu. Elektrodų patamsėjimo atveju juos reikia nuvalyti dantų milteliais, soda arba indų plovimo priemone.



Siekiant išvengti prietaiso gedimo ir neteisingų rezultatų, **kategoriškai draudžiama sujunginėti elektrodų kontaktus tarpusavyje prietaiso darbo metu.**



**Kategoriškai draudžiama atjungti elektrodus nuo prietaiso traukiant už laido. Garantija neapima laidų nutrūkimo!**



Elektrodą su virviniais laidais (arba kištukais) paimti į abi rankas, prijungti prie dešinės ir kairės kojos, prie galvos dešinės ir kairės kaktos dalių, būtinai atsižvelgiant į poliškumą.




**Pastaba:** būtina atsižvelgti į elektrodų poliškumą. Elektrodas su raudonais virviniais laidais (arba kištukais) imamas į dešinę ranką ir prijungiamas prie dešinės kojos, galvos dešinės kaktos dalies.

- Įjungti visus elektrodus į prietaisą.
- Prijungti prietaisą prie kompiuterio.
- Įjungti maitinimo jungiklį.

## 6. INFORMACINIAI IR FUNKCINIAI KŪNO DALIŲ IŠVADŲ TARPUSAVIO RYŠIAI SU VIDINIAIS ORGANAIŠ IR SISTEMOMIS

Spalvinės skalės reikšmės	Reikšmių aiškinimas

Raudonas diapazonas – hiperfunkcija	Tikimybė: lėtinių procesų paūmėjimas organizme; alerginiai procesai; didelis toksinų krūvis organizmui (galimas esant helmintozei, bakteriniams procesams, vidinių organų kandidozei); ūmus bakterinės ir grybelinės prigimties uždegiminis procesas (mielinė flora)
Geltonas diapazonas	Vidutinė funkcinė įtampa, polinkis lėtinių procesų paūmėjimui organizme
Žalias diapazonas – norma	Normalios reikšmės
Žalsvai melsvas diapazonas – hipofunkcija	Vidutinis funkcinis išsekimas, silpnai vykstančių uždegiminių procesų tikimybė
Mėlynas-violetinis diapazonas – išreikšta hipofunkcija	Išreikštas organo arba sistemos funkcijos susilpnėjimas; rodikliams toliau nesikeičiant, organų ir sistemų patologinių pakitimų tikimybė



**Dėmesio! Jeigu taikant korekcijos priemones organų ir sistemų veiklos gerinimui rodikliai tebelieka raudonos ar mėlynos spalvos diapazone arba visi rodikliai yra žaliame diapazone, reikia kreiptis į gydytoją dėl išsamesnės organizmo būklės analizės.**

Reikalavimai tiriamam asmeniui:

Segmentiniam testavimui naudojamos 3 elektrodų poros: 2 kaktos daliai, 2 rankoms ir 2 kojoms.

- Reikalingas geras kontaktas tarp odos ir elektrodų, nedidinant arba nemažinant spaudimo;
- Paciento kakta, rankos ir kojos turi būti švarios; reikia nuvalyti prakaito perteklių, kosmetiką;
- Neatlikite matavimų esant odos sudirginimams tose vietose, ant kurių dedami elektrodai (pūliniai, atviros žaizdos ir t.t.);
- Nenaudokite gelio, kad nepakeistumėte elektrinių odos savybių;
- Būtų gerai nuvalyti elektrodus valymo priemone, geriau muilu arba antiseptiku;



- Pageidautina, kad testavimo metu asmuo nebūtų išalkęs. Geriausias laikas tyrimui atlikti – praėjus 2 valandoms po valgio. 2-3 paras prieš tyrimą nerekomenduojama: vartoti alkoholį, naudoti kremus ir tepalus;
- Per daug drėgną odą reikia nusausinti servetėle, o sausą – sudrėkinti;
- Prieš atliekant testą reikia nusiimti visus papuošalus ir metalinius daiktus. Išjungti mobiliojo ryšio telefoną arba padėti jį iki 1,5 m atstumu.

Norint gauti tikslesnius rezultatus, reikia atsižvelgti į matavimų atlikimo laiką. Juos reikia atlikti tuo pačiu laiku (jeigu įmanoma). Pageidautina atlikti matavimus pirmoje dienos pusėje. Po pietų pradeda dominuoti parasimpatinė vegetacinė sistema, todėl rodikliai sumažėja. Tačiau bet kuriuo paros metu atliekamas testas objektyviai parodo testuojamo asmens funkcinę organizmo būklę tuo metu.



Daryti testą vakare yra tikslinga, kai reikia sudaryti automatines korekcijos programas „Life Balance“ prietaiso pagalba siekiant harmonizuoti organų ir sistemų funkcijas miego metu.



Pastaba. Pirmą kartą naudojant „Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaisą“, rekomenduojama atlikti matavimus 1 kartą per dieną ryte 5 dienas iš eilės. Pageidautina atlikti matavimus iki higienos procedūrų, pusryčių. Tai yra būtina pradinei organų ir sistemų būklei nustatyti, kad vėliau galima būtų atlikti palyginamąją testų analizę.

## 7. DARBO SU WebWellness SERVISU PRADŽIA

**Jeigu Jūs esate įmonės klientas, o ne partneris**

Norėdami pradėti dirbti su servisu, turite užsiregistruoti ir parsisiųsti programą:

- 1) Užsiregistruokite, paspaudę nuorodą <http://webwellness.net>

Business Process Technologies - новые технологии на страже здоровья!

РЕГИСТРАЦИЯ

- 2) Įveskite asmens duomenis ir konsultanto, kuris Jums papasakojo apie šią programą, duomenis. Paspauskite Registracija.

**Регистрация**

Имя

Страна (если при наборе не высвечивается подсказка на русском, попробуйте ввести на английском)

Город (Если при наборе не высвечивается подсказка на русском, попробуйте английский или язык страны где Вы находитесь)

Ваш телефон (в международном формате)

Телефон того консультанта, который Вам порекомендовал данный сервис (в международном формате)

Пароль

Пароль еще раз

Согласен с правилами оферты

**Зарегистрироваться**

Уже зарегистрированы?

- 3) Toliau, norėdami įeiti į asmeninį kabinetą, naudokite kortelę **Įėjimas** arba nuorodą <http://clinic.webwellness.net/user/login>

**Авторизация**

Ваш телефон (в международном формате)

Пароль

**Вход** [Забыли пароль?](#)

Еще не зарегистрированы?

WebWellness © 2017

- 4) Jūsų asmeniniame kabinete yra asmeninė informacija ir informacija apie balanso likutį.
- 5) „Balanso papildymo“ skyriuje reikia aktyvuoti prietaiso aktyvavimo PIN kodą. Jį galite gauti iš savo konsultanto, kuris pardavė Jums prietaisą.

Пополнение баланса

Вставьте Пин-код активации для зачисления на баланс акционных тестов/расшифровок

**Спасибо Вам за использование системы WebWellness!**  
Мы рады предложить Вам высококачественные услуги и постоянно расширяющиеся возможности.

Система Webwellness размещена на мощных серверах одного из крупнейших в мире хостинг-провайдера «OVH».

В нашей команде работает несколько десятков опытных программистов, маркетологов, инженеров и врачей.

При этом нам удается предлагать свои продукты по приемлемым ценам.

Для начала работы Вам необходимо приобрести прибор «Life Expert».

При желании Вы можете приобрести его вместе с прибором «Life Balance», который не только содержит 71 базовую программу, но также и обладает возможностью прошивки индивидуально составленным комплексом, исходя из Ваших результатов тестирования с помощью программы Webwellness.

**Более подробную информацию Вы можете получить у своего личного консультанта (его контактные данные указаны на главной странице данного кабинета).**

В комплекте к прибору идет бесплатное пополнение баланса на определенное количество тестов либо комплексов.


**Для пополнения баланса введите код, полученный в магазине в поле, расположенное сверху данной страницы.**

Для дальнейших пополнений используйте выпадающий список расположенный ниже либо если у вас есть код пополнения, то вставьте его в соответствующее поле.


Пополнение баланса

Пополнение баланса с помощью кода


- 6) „Programinės įrangos“ skyriuje reikia parsisiųsti ir įdiegti programą.




7) Paleidus programa, reikia nukopijuoti Vartotojo registracijos kodą, kurį galima rasti kabinete Pradiniame puslapyje



ir įklijuoti į programą meniu Nustatymai/Vartotojo registracija.




8) Toliau reikia prijungti prietaisą prie kompiuterio, įjungti jį, įvesti prietaiso kodą nustatymuose ir užregistruoti prietaisą.



## Prietaisas paruoštas darbui.


### Jeigu Jūs įmonės „Business Process Technologies“ partneris

- 1) Verslo centre reikia įeiti į „profilio“ skyrių ir įvesti savo telefoną lauke „WebWellness telefonas“.




The screenshot displays the 'Профиль' (Profile) page of a partner in the Business Process Technologies system. The page is in Russian and features a sidebar menu on the left with the 'Профиль' option selected. The main content area contains a form with several input fields. A prominent red warning box highlights the 'Телефон для программы Wellness' field, with the text: 'ВАЖНО! Изменение данного телефона может привести к тому, что начисление баллов и премий за пополнение счета программы WebWellness прекратится. Для начисления необходимо, чтобы номер в данном поле и в партнерском кабинете Wellness совпадали.' (IMPORTANT! Changing this phone number may lead to the cessation of points and bonuses for the WebWellness program. For points to be credited, the number in this field must match the number in the partner's Wellness account.)


- 2) Toliau reikia įeiti į WebWellness partnerio kabinetą adresu <http://clinic.webwellness.net/partner/login>, naudojant anksčiau įvestą telefoną ir verslo centro slaptažodį.




- 3) „Balanso papildymo“ skyriuje reikia aktyvuoti prietaiso aktyvavimo PIN kodą. Jis suteikiamas Jums perkant „Verslo paketą“ („Business Pack“). Jį reikia iš anksto nukopijuoti verslo centre „Finansų“ skyriuje.



- 4) „Programinės įrangos“ skyriuje reikia parsisiųsti ir įdiegti programą.
- 5) Paleidus programą, reikia nukopijuoti Vartotojo registracijos kodą, kurį galima rasti WebWellness partnerio kabinete Pradiniame puslapyje




ir įklijuoti į programą menu Nustatymai/Vartotojo registracija.



- 6) Toliau reikia prijungti prietaisą prie kompiuterio, įjungti jį, įvesti prietaiso kodą nustatymuose ir užregistruoti prietaisą.






Prietaisas paruoštas darbu.

## 8.TESTAVIMAS/TYRIMAS

- 1) Pereikite į „Registrotūros“ skyrių (pirmasis skyrius) ir pasirinkite tiriamojo asmens vardą arba paspauskite „ pridėti naują pacientą“ .

 A screenshot of the 'WEB Clinic v2.0' software interface. The window title is 'WEB Clinic v2.0'. At the top right, there are menu items 'Настройки' and 'Помощь'. Below the menu, there is a 'Life Expert' logo and a timer showing '000 : 000'. A row of buttons includes 'Список пациентов' (highlighted with a green box), 'Экспресс - тест', 'Подбор препаратов', 'Диаграмма', 'Позвоночник', 'Чакры', and 'Аура'. The main area is titled 'Регистратура' and contains a registration form. The form has two columns of fields. The left column includes: 'Фамилия' (Петров), 'Имя' (Петр), 'Отчество' (Петрович), 'Пол пациента' (МУЖЧИНА), 'Дата рождения' (17.12.1952), 'Возраст' (64), 'Телефон', 'Адресс', 'Место работы', and 'Професия'. The right column includes: 'Пометки врача / анамнез / жалобы', 'Класс заболевания', 'Дата посл. сеанса' (07.02.2017), 'Ко-во сеансов' (4), 'Время посл. сеанса' (11:17:01), and 'Сеанс провёл врач'. On the far right, there is a list of patients with a search icon and a 'Пациент' header. The list includes: Иванов И. И., Петров П. П. (highlighted), Романов Р. Р., Романова Л. П., Петренко Н. Ф., Иванова А. В., Панин А. И., Есечко Е. П., Иванова Л. А., Есечкова Е. П., Ив И. О., and А.А. А. Below the list are buttons: 'Добавить', 'Редактировать', and 'Удалить'.

2) Paspaukę mygtuką „Pridėti“, užpildykite visus aktyvius anketos teksto laukus.




**SVARBU!** Teisingai įveskite paciento lytį ir gimimo datą. Jei reikia, nurodykite anamnezę, užfiksuokite nusiskundimus atitinkamame lauke.

Užpildę anketą, paspauskite „Išsaugoti“. Toliau pažymėkite pridėto paciento *vardą* ir pereikite į kitus skyrius.

## 6. Pereikite į *Ekspress testo/tyrimo* skyrių


Uždėkite tiriamajam pacientui visus elektrodus ir paspauskite „Paleidimo“ mygtuką, kad pradėtumėte diagnostikos procedūrą. Atkreipkite dėmesį, kad apačioje yra Jūsų atliktų testų/tyrimų sąrašas.

№	Пациент	Препарат	Начало измерения	Длительность	Статус
1	Иванов И. И.		11:03:33	00:37	Обработан
2					
3					
4					
5					




Iš pradžių „**Statuso**“ skiltyje visi testai/tyrimai yra neapdoroti. Jūs galite:

- Ištrinti matavimą iš meniu – užveskite pelės žymeklį ant statuso ir spustelėkite dešiniąją pelės klavišą;



- Iššifruoti - užveskite pelės žymeklį ant matavimo statuso ir spustelėkite kairiąją pelės klavišą. Po to patvirtinkite „*Išsiuntimą apdorojimu!*“;




- Sudaryti asmeninį gydymo kompleksą – užveskite pelės žymeklį ant apdoroto matavimo ir paspauskite „Gauti kompleksą“.

	Пациент	Препарат	Начало измерения	Длительность	Статус
1	Панин А. И.		13:42:33	00:39	Обработан
2					Удалить измерение
3					Получить комплекс
4					
5					


## “Life balance” prietaiso programinė aparatinė įranga.

*Ekspres testo/tyrimo* skyriuje Jūs galite iš karto įdiegti „life balance“ prietaise programinę aparatinę įrangą, kurią sudaro individualus kompleksas, sudarytas organizmo skenavimo rezultatų pagrindu.




**SVARBU!** Įsitinkite, kad „Life balance“ prietaisas prijungtas prie kompiuterio.

Užveskite pelės žymeklį ant **apdoroto** matavimo, spustelėkite dešiniąjį pelės klavišą ir pasirinkite iš sąrašo „**Atsisiųsti į prietaisą**“.



Aptikusi prietaisą, sistema įrašys į jį suformuotą individualų kompleksą.




Po to pereikite į „**Preparatų parinkimo**“ skyrių. Preparatai parenkami dviem būdais:

1. Realus konteinerio pagalba.
2. Virtualusis konteineris – tai gamintojo papildoma diagnostikos duomenų bazė.


Nurodykite testavimo/tyrimo ir preparatų parinkimo parametrus, pradėkite testą/tyrimą. Konteinerio jungiklis yra dešinėje padėtyje. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite firmą, tiriamą preparatą. Užpildę visus laukus, paspauskite „*Paleidimas*“, kad pradėtumėte testavimą/tyrimą.



Kitas skyrius – **Диаграмма**. Trys paskutiniai skyriai jau priskiriami ataskaitoms, kur galima pasirinkti datą ir matavimą, kurį reikia parodyti ekrane. Žalia – jau iššifruoti matavimai. Raudona – neiššifruoti. Pažymėkite varnele reikalingus punktus ir dar kartą paskauskite mygtuką „*Matavimai*“.




Jūs pamatysite informacinę diagramą, kurioje yra informacija apie bendrą paciento organizmo būklę.



Spragtelėję pelės žymekliu ant stulpelio, Jūs matysite organo arba sistemos pavadinimą.


„Ataskaitų“ skyrius skirtas ataskaitoms generuoti. Jame galima preliminariai peržiūrėti dokumentus spausdinimui. Pasirinkite datą, pažymėkite tuos rezultatus, kuriuos reikia pateikti ataskaitoje.



Pažymėkite varnele reikalingas ataskaitas, seansus ir paspauskite „Sukurti ataskaitą“.

Programa generuoja ataskaitą PDF formato faile ir atidaro jį PDF failų peržiūros programoje. Jeigu tokios programos nėra ir ji neatsidaro, Jūs galite sukurti ataskaitą paveikslo forma, pažymėję ją pelės žymekliu.

**Svarbu!!!** Pažymėkite varnele kelis tyrimus, kad galėtumėte palyginti kelis apdorotus rezultatus (vieno arba kelių pacientų). Šiuo atveju suformuojamas atitinkamas diagramų skaičius.





WEB Clinic v2.0

Лист отчета

Вид отчета: Диаграмма Пол п.ц. Женщина

Ф.И.О. Романова Любовь Петровна

Секс: 31.01.2017 17:16:55 Возраст: 41

Гиперфункция Умеренная гиподисфункция Норма Умеренная гиподисфункция Гиподисфункция

31.01.2017 17:14:55

01 Мозговое кровообращение П	17 Молочные железы П	33 Тонкий кишечник
02 Мозговое кровообращение Л	18 Бронхи П	34 Воск. отдел толст. кишечника, аппендикс
03 Венозная система, правое сердце	19 Бронхи Л	35 Нисск. отдел толст. кишечника, прям. кишка
04 Артериальная система, левое сердце	20 Легкие П	36 Поджелудочная железа
05 Органы зрения, слуха П	21 Легкие Л	37 Глотка, пищевод
06 Органы зрения, слуха Л	22 Горταση, трахея	38 Матка
07 Гаймориты, фронтальные полости П	23 Лимфоузлы средостения	39 Мочевой пузырь
08 Гаймориты, фронтальные полости Л	24 Лимфоузлы шеи	40 Яичники П
09 Гипоталамус	25 Миндалины глоточного кольца П	41 Яичники Л
10 Гипофиз	26 Миндалины глоточного кольца Л	42 Почки, Мочеточник П
11 Тимус	27 Селезенка	43 Почки, Мочеточник Л
12 Щитовидная железа П	28 Печень	44 Суставы рук П
13 Щитовидная железа Л	29 Желчный пузырь	45 Суставы рук Л
14 Надпочечники П	30 Желудок	46 Суставы ног П
15 Надпочечники Л	31 12-ти перстная кишка	47 Суставы ног Л
16 Молочные железы П	32 Горизонт. отдел толстого кишечника	

31.01.2017 17:16:55 Железо, жевательные таблетки


01 Мозговое кровообращение П	17 Молочные железы П	33 Тонкий кишечник
02 Мозговое кровообращение Л	18 Бронхи П	34 Воск. отдел толст. кишечника, аппендикс
03 Венозная система, правое сердце	19 Бронхи Л	35 Нисск. отдел толст. кишечника, прям. кишка
04 Артериальная система, левое сердце	20 Легкие П	36 Поджелудочная железа
05 Органы зрения, слуха П	21 Легкие Л	37 Глотка, пищевод
06 Органы зрения, слуха Л	22 Горταση, трахея	38 Матка
07 Гаймориты, фронтальные полости П	23 Лимфоузлы средостения	39 Мочевой пузырь
08 Гаймориты, фронтальные полости Л	24 Лимфоузлы шеи	40 Яичники П
09 Гипоталамус	25 Миндалины глоточного кольца П	41 Яичники Л
10 Гипофиз	26 Миндалины глоточного кольца Л	42 Почки, Мочеточник П
11 Тимус	27 Селезенка	43 Почки, Мочеточник Л
12 Щитовидная железа П	28 Печень	44 Суставы рук П
13 Щитовидная железа Л	29 Желчный пузырь	45 Суставы рук Л
14 Надпочечники П	30 Желудок	46 Суставы ног П
15 Надпочечники Л	31 12-ти перстная кишка	47 Суставы ног Л
16 Молочные железы П	32 Горизонт. отдел толстого кишечника	

Подпись врача \_\_\_\_\_


„Stuburo“ skyrius.

Pažymėkite matavimą, kurį reikia pateikti ataskaitoje. Jūs galite peržiūrėti savo stuburo būklę, galimas diskų poslinkio pasekmes ir t.t. Žymėdami pelės žymekliu slankstelius, Jūs matysite su jais susijusius organus ir galimas disko poslinkio pasekmes.





„**Čakrų**“ (energinių centrų) skyrius, kur Jūs galite matyti visų čakrų vaizdą ir būklę.



„**Auros**“ skyrius, kur Jūs galite pažymėti reikalingą matavimą, kad pamatytumėte iššifravimą apačioje, kur bus pateikta auros pavidalo diagrama. Jūs galėsite užvesti pelės žymeklį ant tam tikros auros dalies ir pamatyti šio segmento iššifravimą bei su juo susijusį organą.

31.01.2017 17:14:55

Аура

Отчет

01 = 70	25 = 70
02 = 70	26 = 70
03 = 70	27 = 70
04 = 70	28 = 70
05 = 70	29 = 70
06 = 70	30 = 70
07 = 70	31 = 70
08 = 70	32 = 70
09 = 70	33 = 70
10 = 70	34 = 70
11 = 70	35 = 70
12 = 70	36 = 70
13 = 70	37 = 70
14 = 70	38 = 70
15 = 70	39 = 70
16 = 70	40 = 70
17 = 70	41 = 70
18 = 70	42 = 70
19 = 70	43 = 70
20 = 70	44 = 70
21 = 70	45 = 70
22 = 70	46 = 70
23 = 70	47 = 70
24 = 70	

**Грудной лимфатический проток**

При нарушении функции возможны:

- Увеличение лимфатических узлов органов средостения
- Сопровождает любой воспалительный процесс в грудной клетке
- Характеризует степень интоксикации организма

Картинка органа

## 9. ATASKAITOS

тест.pdf - Adobe Reader  
 Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

## WEB Wellness v2.7

### Лист отчета

Общее состояние на момент обследования  
 Общее состояние удовлетворительное


Коэффициент разбаланса (рН внутренней среды)  
 Разбаланс, повышенная кислотность клеток

Степень риска для основных систем

Кровеносная система	Умеренные нарушения	43 %
Бронхо-легочная система	Минимальные нарушения	25 %
Пищеварительная система	Умеренные нарушения	27 %
Мочеполовая система	Умеренные нарушения	38 %
Эндокринная система	Умеренные нарушения	29 %

15:04  
14.03.2017

Programos analitinės galimybės leidžia atlikti sisteminę nukrypimų analizę, išskirti mažiausiai ir daugiausiai išreikštus rizikos laipsnius pagrindinėms sistemoms, įvertinti vegetacinės reguliacijos, centrinės nervų sistemos būklę, nustatyti rūgščių ir šarmų pusiausvyros disbalanso koeficientą.




Spalvinės skalės reikšmės	Reikšmių aiškinimas
Geltonas diapazonas	Kurio nors organo, sistemos veiklos (funkcijos) sustiprėjimas
Žalias diapazonas – norma	Normalios reikšmės
Žalsvai melsvas diapazonas – hipofunkcija	Kurio nors organo arba sistemos veiklos susilpnėjimas
Mėlynas-violetinis diapazonas – išreikšta hipofunkcija	Išreikštas kurio nors organo arba sistemos veiklos susilpnėjimas; organų ir sistemų pataloginių pakitimų tikimybė.

Diagramos – tai 47 žmogaus organų ir sistemų vertinimo grafinis vaizdas, skirtas jų rodiklių pasikeitimams palyginti ir stebėti. Leidžia atlikti pagrindinių organizmo sistemų funkcinės būklės, nukrypimų nuo fiziologinių procesų į sistemos hipo- arba


hiperfunkcijos pusę analizę.

Vertinimas atliekamas spalvų gamos pagrindu: žalia – norma, geltona – vidutinė hiperfunkcija, raudona – išreikšta hiperfunkcija, žalsvai mėlsva – vidutinė hipofunkcija, mėlyna išreikšta hipofunkcija.



Dėmesio! Jeigu taikant sveikatinimo priemonės organų ir sistemų veiklos gerinimui rodikliai tebelieka raudonos ar mėlynos spalvos diapazone arba visi rodikliai yra žaliame diapazone, reikia kreiptis į gydytoją dėl išsamesnės organizmo būklės analizės.

Stuburo segmentai



**Stuburas** — tai skeleto pagrindas, atliekantis žmogaus organizme dvi svarbiausias funkcijas:

- atraminę-judamąją;
- apsauginę.


Stuburas apsaugo nugaros smegenis nuo mechaninių pažeidimų. Į stuburą eina daugybė nervų galūnių, kurios atsako už visų žmogus organizmo organų veiklą. Vaizdingai sakant, kiekvienas slankstelis, atsako už tam tikro organo veiklą. Sutrikus stuburo funkcijoms, nervinis impulsas sunkiau perduodamas į audinius ir ląsteles įvairiose kūno vietose. Laikui bėgant, būtent šiose kūno vietose vystysis įvairios ligos.

Programa leidžia atlikti preliminarų stuburo segmentinio aparato būklės vertinimą, iliustruoja



viscero-vertebralius ryšius, o tai leidžia galimai įvertinti vidinių organų ir stuburo funkcijas spalvų gamos pagrindu: žalia – norma; geltona, geltona – įtempimas nuo vidutinio iki išreikšto; melsvai žalia, mėlyna – susilpnėjimas nuo vidutinio iki išreikšto.

## Aura arba energetinis informacinis laukas



Žmogaus aura – tai ypatingas energetinis laukas, supantis žmogaus kūną, kuris turi spalvą ir talpina informaciją apie asmenybę (jo sveikatą, gyvenimo būdą, mintis ir jausmus). Auros negalima atskirti nuo kūno, nes ji yra jo tęsinys. Jos storis – apie 10-15 centimetrų, tačiau kartais jos apimtis gali mažėti (energetiniai plyšiai) arba didėti, jeigu žmogus dvasiškai auga. Kartu žmogaus aura yra jo psichoemocinės ir fiziologinės būklės indikatorius. Žmogaus aura leidžia galimai nustatyti įvairias fizinio ir dvasinio pobūdžio ligas. Manoma, kad aura nėra vientisa, o turi sluoksnius, kurių kiekvienas atsako už tam tikras funkcijas:


1. Eterinis kūnas. Tai pirmasis auros sluoksnis, spinduliuojantis maždaug 10 cm nuo fizinio kūno. Šis energetinis sluoksnis savo spalva parodo žmogaus esmę (geras ar piktas, šiurkštus ar švelnus). Taip pat iš galima suprasti, ar žmogus serga, ar turi psichikos problemų (šiuo atveju eterinis kūnas turi purviną atspalvį arba yra suplonėjęs).
2. Vitalinis kūnas. Tai antrasis auros sluoksnis, turintis kelias energijos rūšis, apjungtas žodžiu „prana“. Būtent jos atsako už kvėpavimą, kraujotakos, virškinimo, išskyrimo sistemas ir t.t.
3. Žemutinis astralinis kūnas. Tai trečiasis auros sluoksnis, kuris atsako už žmogaus fizinius

poreikius ir impulsus (pvz. geismą, alkį, baimę ir t.t.).

4. Astralinis kūnas. Ketvirtasis auros sluoksnis gali papasakoti apie tai, kaip stipriai žmogus gali mylėti, jausti prisirišimą, simpatiją arba mokėti draugauti.
5. Viršutinis astralinis kūnas. Penktasis auros sluoksnis rodo, kokią žmogus turi stiprią valią, talentą, gebėjimą būti atsakingu ir nepalenkiamu.
6. Mentalinis kūnas. Šeštasis sluoksnis atsako už telepatinius sugebėjimus ir aiškiaregystę, galimybę vystyti intuíciją ir pranašystės dovaną.
7. Karminis kūnas. Šis sluoksnis yra ploniausias. Jis atsako už dvasinę energiją ir ryšio su Visata galimybę.

Remiantis aurogramos duomenimis, galima įvertinti 47 organų ir sistemų veiklos sustiprėjimą (hiperfunkciją) arba susilpnėjimą (hipofunkciją) skaitmeniniu spalviniu rodikliu: žalias – norma, raudonas – hiperfunkcija (įtampa), mėlynas – hipofunkcija (susilpnėjimas).

## ČAKROS



Čakros – energetiniai žmogaus centrai, per kuriuos jis dalyvauja įvairiuose energetiniuose procesuose.

Muladhara chakra, šakninė, stuburgalis

Pirmoji čakra - Muladhara – mūsų egzistavimo šaltinis, kuris glaudžiai sieja mūsų kūną su Žeme.

Šiai čakrai priklauso lemiantis vaidmuo žmogaus kovoje už išlikimą. Muladharos energetinio potencialo trūkumas sukelia žmogui nervingumą ir atima iš jo pasitikėjimą savo jėgomis. Iš esmės, ši čakra užtikrina žmogaus atsparumą gyvenimui ir pripildo jį energija. Emociniu lygiu ji formuoja drąsą ir atkaklumą, jutiminiu – atsako už uoslę ir daro reikšmingą poveikį dantims, kaulams ir nagams. Prie stuburo pagrindo esanti muladhara suteikia žmogui saugumo ir komforto pojūtį. Išvertus iš sanskrito kalbos, šios čakros pavadinimas reiškia „palaikymas/parama“. Tokiais laikotarpiais čakroje kaupiasi baimės jausmas. Ir atvirkščiai, jei čakra per daug stimuliuojama, tai žadina pasipūtimą, egocentrizmą, godumą ir geidulingumą. Pirminė motorinė asociacija su šia čakra – išlikimas/išgyvenimas. Pirmoji čakra yra labiausiai instinktyvi. Ji atsako už maistą, aprangą, prieglobstį, apsaugą, teritoriją. Pavojaus jausmas – tai pirmas pusiausvyros sutrikimo pirmoje čakroje požymis. Jeigu Jūs negalite pakankamai apsirūpinti maistu, apranga, negalite rasti prieglobsčio, ši čakra pradeda reikštis taip stipriai, kad Jūs jau negalite susikoncentruoti į nieką kitą. Šiuos poreikius yra sunku nustatyti, nes jie yra labai skirtingi įvairiems žmonėms. Jūs patys turite nustatyti, ko Jums reikia, kad jaustumėtės saugiai. Jeigu pusiausvyra Jūsų pirmoje čakroje yra sutrikusi, Jūsų suvokime dominuoja baimė, kad Jums pritruks būtiniausių dalykų. Dėl to Jūs patenkate į uždara ratą – jaučiatės nesaugūs ir gyvenate kaip auka, todėl randate vis naujas dingstis bijoti. Jeigu pusiausvyra pirmoje čakroje yra sutrikusi, Jūs žvelgiate į pasaulį per baimės prizmę. Šis jausmas žinomas kiekvienam. Pusiausvyros sutrikimas gali pasireikšti kaip tikras kažko trūkumas materialiaame pasaulyje, kuris yra vidinės pusiausvyros sutrikimo atvaizdas.

### Swadhisthana, šiek tiek žemiau bambos

Antroji čakra - Swadhisthana – pagrindinė šio centro varomoji galia yra pasitenkinimo paieška.

Ši čakra, esanti kryžkaulio srityje, maždaug 5 cm žemiau bambos, siejama su vandens elementu ir, atitinkamai, yra susijusi su „tekančiomis“ organizmo funkcijomis. Ji asocijuojama su seksualumu, kūrybiniu aktyvumu ir emociine pusiausvyra.

Išvertus iš sanskrito, „swadhisthana“ reiškia „gyvybinės jėgos buveinė“. Čakra suteikia žmogui optimizmo ir vilties emociiniu lygiu bei lemia skonio jausmą.

Paprastai komunikabilūs žmonės turi gerai subalansuotą kryžkaulio čakrą. Energetinis disbalansas šioje srityje gali sukelti tokias ligas, kaip, pavyzdžiui, artritas.

Prieš ligą dažnai atsiranda nepakankamos swadhisthanos prisotinimo išoriniai pasireiškimai: dirglumas, liūdesys, įžeidžiamumas. Jei čakra per daug stimuliuojama, tai sukelia agresyvumo, despotizmo ir smurtavimo pasireiškimus.

### Manipurachakra, saulės rezginys

Trečioji čakra Manipura - pasitikėjimo savimi, savo jėgų suvokimo šaltinis, formuoja gebėjimą atsiriboti nuo išorinio pasaulio įtakos ir kartu pačiam daryti poveikį šiam pasauliui. Būtent šis centras atsako už Jūsų principų, etinių nuostatų ir įsitikinimų, kuriuos esate pasiruošę ginti, formavimąsi.

Ši čakra yra išsidėsčiusi saulės rezginio srityje. Pažodžiui išvertus, jos pavadinimas



reiškia „bambos brangenybė“.

Ji suteikia žmogui savigarbos ir pasitenkinimo jausmą. Ši čakra veikia dvi sritis: regėjimą ir virškinimo organus. Todėl nenuostabu, kad kai žmogus yra laimingas ir viskuo patenkintas, jis mato pasaulį „kitomis akimis“.

Taip pat čakra lemia žmogaus jautrumą, o emociniu lygiu suteikia pasitikėjimo savimi, savigarbos ir optimizmo jausmą. Tačiau nuodėmingas gyvenimas gali sukelti agresyvumo ir neigiamų emocijų kaupimąsi čakroje.

Jei manipura per daug stimuliuojama, žmogus pradeda atiduoti visas jėgas darbui, tampa išrankus ir per daug reiklus. O jeigu čakra nepakankamai energetiškai prisotinta, žmogus praranda pasitikėjimą savimi, tampa nedrąsus ir neryžtingas.

### Anahatachakra, širdis – dalyvauja visuose žmogaus gyvenimo procesuose

**Ketvirtoji čakra - Anahata - "Širdies kelias"** - tai sąlytis su amžinu meilės šaltiniu. Tai ne gyvenimo strategija ir ne gyvenimo planas, o grynas džiaugsmas. Ji leidžia Jums gyventi savo gyvenimą, liekant šiame suvokimo lygyje, ir įtakoti materialųjį pasaulį.

Ši čakra yra išsidėsčiusi lygiagrečiai su širdimi, krūtinės ląstos centre. Ji atsako už meilę, harmoniją santykiuose, užuojautos jausmą ir kontroliuoja lytėjimą.

Jeigu mums kažkas yra brangus, mes atveriamė širdį šiam žmogui. Tolimuosiuose Rytuose šią čakrą vadina „meilės šventove“. Išvertus, „anahata“ reiškia „nenugailimoji“.

Emociniu lygiu ši čakra atsako už užuojautą, savigarbą ir pagarbų požiūrį į kitus žmones. Žmonės, jaučiantys dominuojantį anahatos poveikį, yra geranoriški ir rūpestingi kaip savo, taip ir kitų žmonių atžvilgiu.

Žmones su savotišku „širdies nepakankamumu“ galima atpažinti iš pirmo žvilgsnio. Jie per daug jautrūs, užjaučiantys ir aukojausi, norėdami įtikti kitiems. Dažnai jie gailisi patys savęs ir yra valdomi įvairių baimių.

### Vishuddha, gerklė

**Penktoji čakra - Vishuddha – atviroje būsenoje ugdo teisingai suvokti savo originalumą, kokioje formoje jis bepasireiškė.**

Čakra yra išsidėsčiusi gerklės srityje. Išvertus iš sanskrito, „Vishuddha“ reiškia „tyras“. Šis energetinis centras yra savotiškas minčių ir idėjų laidininkas nuo viršutinės čakros iki keturių apatinių.

Čakra atsako už garsą ir yra kalbos centras, kuris kontroliuoja bendravimą ir saviraišką. Emociniu lygiu ji skatina naujų idėjų atsiradimą, meilę ir žmonių tarpusavio supratimą.

Jei čakra subalansuota, ji ramina protą, ugdo laiko jausmą ir stiprina tikėjimą. Jei

čakra per daug stimuliuojama, žmogus tampa išpuikęs, arogantiškas, dogmatiškas ir valdingas. Jei čakra nepakankamai stimuliuojama, žmogus darosi silpnas, nepatikimas ir melagis.

Jei sugebėsite subalansuoti penktąją čakrą, įgysite naujų žinių, kadangi pradėsite žiūrėti į gyvenimą kitu žvilgsniu. Jeigu Jūs tapytojas, Jūsų darbai įgys originalumo, kadangi bus kuriame veikiant momentui. Jeigu tai yra susiję su santykiams, Jūsų įgytas išvalgumas pagyvins šiuos santykius ir paskatins jų vystymąsi. Jeigu jūs užsiimate verslu, Jums pradės kilti naujos idėjos, kurios, be abejo, atneš Jums sėkmę. Naujas požiūris ir realybės jausmas padės Jums gauti didžiausią naudą bet kokioje gyvenimo ir veiklos srityje.

Toks jausmas atsiranda tik Jums subalansavus savo kūrybišką asmenybę, t.y. įgijus gebėjimą naudoti ją pagal asmeninį poreikį, gebėjimą prieštarauti visuomenėje paplitusiam požiūriui, kai to reikalauja situacija. Jūs turite mokėti atitrūkti nuo loginio gyvenimo aspekto, leisti sau pamatyti abstrakčius ryšius tarp visiškai iš pirmo žvilgsnio nesusijusių įvykių. Filosofija, politika ir religija iškelia Jus virš savęs. Jūs galite ramiai aptarinėti savo idėjas su aplinkiniais, net jeigu jie nesutinka su jūsų požiūriu. Bet tuo pačiu jūs neatrodysite visažinis, kuriam neįdomi aplinkinių nuomonė ir kuriam nėra ko pasimokyti iš jų.

### Ajnachakra, kaktos vidurys

#### Šeštoji čakra - Adžna.

Čakra yra išsidėsčiusi kaktos srityje tarp antakių. Išvertus iš sanskrito, „adžna“ reiškia „įsakymas“. Ši čakra valdo protą ir yra savotiška vadovietė kitų energetinių centrų atžvilgiu. Iš tikrųjų juk mintis visada pralenkia veiksmą.

Deja, atsiranda nedaug žmonių, sugebančių visiškai kontroliuoti savo mintis. Emociniu lygiu čakra didina kasdienės realybės suvokimo jausmą ir formuoja dvasines žmogaus struktūras.

Kaip jau buvo pasakyta, adžna atsako už intuityvų suvokimą, įskaitant tokius nereikšmingus aspektus, kaip kitų žmonių nuotaikos jutimas ir užuojautą. Ar kada nors buvote pasijutęs visiškai sugniuždytas po bendravimo su kitu žmogumi? Jei taip, Jus paveikė svetima negatyvi energija. Tuo tarpu šio atsitikimo kaltininkas galėjo net nereikšti garsiai savo negatyvių emocijų, kadangi mes visi esame jautrūs poveikiui sąmonės lygyje.

Jei ši čakra per daug stimuliuojama, žmogus tampa išdidus, autoritarinis, valdingas ir dogmatiškas. Jei adžna nepakankamai stimuliuojama, žmogus darosi nedrąsus, drovus ir nevykėlis.

### Sahasrachakra


#### Septintoji čakra - Sahasrara - „tūkstantlapis“

Čakra, išsidėsčiusi kaukolės viršuje (viršugalvio srityje), valdo galingiausias kūno vibracijas. Neretai tapytojai tapo ypatingai dvasiškai išsivysčiusių žmonių portretus, pavaizduodami ją švytinčio nimbo pavidalu.

Katalikų vienuoliai iškirpdavo tonzūras, kad šioje viršugalvio vietoje neliktų nieko. Išvertus iš sanskrito, „sahasrara“ reikia „tūkstantis“, o pati čakra vaizduojama kaip lotoso žiedas su 1000 žiedlapių.

Ši čakra palaiko pusiausvyrą tarp žmogaus išorės ir jo vidinio dvasinio turinio. Ji taip pat kontroliuoja mistišką tikrovės įprasminimą, visų egzistuojančių būtybių giluminių tarpusavio ryšių suvokimą.

## Patogeniniai mikrobai.



**WEB Wellness v2.97**

Лист отчета

Вероятностные отягощения организма токсинами различных паразитов

Actinomyces israelii 82%; Adenovirus 82%; Aeromonas 90%; Ancylostoma duodenale 82%; Anisakis simplex 82%; Ascaris lumbricoides (яйца) 90%; Aspergillus flavus 82%; Aspergillus fumigatus 82%; Bac.Acidophilus(кисломолочные бактерии) 82%; Bacterii longum 82%; Balantidium 87%; Brucella canis 85%; Brucella abortus 85%; Calitsivirus 82%; Campilobacter fetus 87%; Candida albicans 85%; Candida krusei 82%;


Предполагаемые изменения в органах и системах

Головные боли – вследствие токсического воздействия паразитов, Дефицит магния, Обильное газообразование, Дефицит марганца, Дефицит железа, Дефицит кальция, Ослабление защитных функций организма, Дефицит натрия, Дефицит калия, Смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности, Склонность к камнеобразованию в желчном пузыре, Кожная аллергия, Состояние, проявляющееся увеличением лимфатических узлов, Дефицит цинка, Изменение кислотно-щелочного равновесия, Бодрость недостаточная, Головные боли – вследствие токсического воздействия паразитов, Дефицит марганца, Состояние, проявляющееся увеличением лимфатических узлов, Поражение организма грибом, Состояние, проявляющееся увеличением лимфатических узлов, Дефицит цинка, Склонность к камнеобразованию в желчном пузыре, Кожная аллергия, Дефицит кобальта, Дефицит хрома, Склонность к камнеобразованию в желчном пузыре, Кожная аллергия,

Šis ataskaitos lapas padeda įvertinti testavimo/tyrimo rezultatus, kurie apima du tipus:

- Galimas parazitų toksinų buvimas organizme. Vertinamas organizme esančių patogeninių mikrobus procentinio santykio forma. Kuo didesnis rodiklis (nuo 50%), tuo didesnė tikimybė, kad šis patogeninis mikrobas yra organizme ir daro jam toksinį poveikį.
- Numatomi organų ir sistemų pakitimai. Vertinami nuo labiausiai tikėtinų pakitimų ataskaitos pradžioje prie mažiausiai tikėtinų pakitimų ataskaitos pabaigoje.

## Biologinis amžius



Biologinis amžius – tai sąvoka, kuri atspindi organizmo morfologinio ir fiziologinio vystymosi laipsnį. Tai reiškia, kad kalendorinis amžius nėra žmogaus sveikatos būklės ir darbingumo vertinimo kriterijus.

Tai yra gamtos dėsnis, kad žmogus sensta savo gyvybinės veiklos procese. Senėjimo procesas priklauso nuo apykaitos, funkcionavimo ir reguliacijos procesų, taip pat nuo to, kaip organizmas adaptuojasi prie jų.

Organizmo senėjimas pasireiškia dėl svarbiausių gyvybinių funkcijų sutrikimo, sukeliančio apykaitos procesų sutrikimus, įvairių ligų atsiradimą. Dėl to didėja biologinis amžius. Svarbi žinoti, kad 50% žmonių biologinis amžius yra 1,5 karto didesnis nei nurodytas pase.

Biologinis amžius priklauso nuo paveldimumo, gyvenimo būdo ir aplinkos sąlygų. Mes negalime paveikti paveldimumo, santykinai negalime paveikti aplinkos sąlygų. Tačiau daug kas priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo. O jis negatyviai veikia mūsų biologinį amžių.

## 11. KONTRAINDIKACIJOS

- Individualus elektros srovės netoleravimas;
- Implantuotas elektrokardiostimulatorius;
- Ūmūs smegenų kraujotakos ir vainikinės kraujotakos sutrikimai;
- Psichinio susijaudinimo būseną.



**Pastaba:** Siekiant gauti efektyviausius rezultatus, „Life Expert natūralių biosistemų testavimo prietaisą“ rekomenduojama naudoti kartu su „Life Balance natūralių biosistemų koregavimo prietaisu“.

